

Техническое задание на поставку медицинских расходных материалов

№	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Презервативы для УЗИ	Прозрачные, легко одеваются на датчик, не соскальзывают, не образуют складок, тем самым не вносят помех в исследование. Рекомендованы для использования со всеми видами датчиков аппарата УЗИ.	шт	2 000
2	Рентген плёнка синечувствительная 30x40 (100) листов	<p>Формат: 30 x 40 см.</p> <p>Сфера применения: Общая радиология.</p> <p>Содержание серебра: 3,4 г/м².</p> <p>Спектр чувствительности: чувствительность в синей и ультрафиолетовой части спектра.</p> <p>Контраст: высокий.</p> <p>Наличие антистатического слоя: Есть.</p> <p>Минимальная оптическая плотность (уровень вуали): 0,20. Максимальная оптическая плотность: 4,0.</p> <p>Основа: Полиэстер голубого цвета.</p> <p>Защитный верхний слой: Есть, он гарантирует сопротивляемость против царапин и воздействия влаги.</p> <p>Категорически не рекомендуется: длительное рассматривание плёнки в негатоскопе. Также, не рекомендуется деформация плёнки такая как: давление, сгибание, выпучивание и скручивание в рулон.</p> <p>Срок годности до использования: 30 месяцев.</p> <p>Срок годности после использования: 20 - 100 лет.</p> <p>Количество листов в упаковке: 100.</p> <p>Требования к тёмной комнате: необходимо использование специального красного защитного фильтра в сочетании с 15-ваттной матовой лампой, расположенной как минимум на расстоянии 1,2 м. от зоны разгрузки / загрузки.</p>	упак	1

Дата

06.07.2021

Подпись

